



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALBRATORE LIOFILO URINARIO PER VMA, 5-HIAA, HVA

Cod. Z14516
DA USARE CON IL KIT CODICE Z14610

OBIETTIVO

Questi calibratori urinari sono usati per calibrare il sistema HPLC nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su un punto. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE




Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 5 giorni a 2-8 °C e 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.




		
024	May 2022	May 2025

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z14516 CALBRATORE URINARIO PER VMA, 5-HIAA, HVA *4 x 5 ml*

CONCENTRAZIONI

COD. Z14516

		
024	May 2022	May 2025

<i>ANALITA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE</i>
Acido Vanilmandelico (VMA)	mg/l	6,3
Acido 5-Idrossindolacetico (5-HIAA)	mg/l	7,1
Acido Omovanillico (HVA)	mg/l	3,9

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 = = ISO 13485 =

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
 Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
 Tel. + 39 071 74 50 790
 Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com
www.eurekakit.com



Release N° 002	Maggio 2019
-----------------------	--------------------